



ABTEILUNG DERMATOVENEROLOGIE SZU

Abteilungsleiter: MD. Slavomir Urbancek PhD.

Tel: 048 / 441 2131

Fax: 048 / 413 0302

E-Mail: surbancek@nspbb.sk

Ihr Schreiben Nr. /Datum Unsere Nummer BEARBEITET VON / Banská Bystrica

Betreff

Beurteilung der klinischen Wirksamkeit eines Gerätes gegen übermäßiges Schwitzen Electro Antiperspirant ELITE

Abteilung für Dermatovenerologie SZU der Universitätsklinik mit Klinik F. D. Roosevelt behandelt seit langem überaktive Schweißdrüsen. 2-3% der Bevölkerung leidet an Hyperhidroseproblemen. Diese Diagnose bringt erhebliche Beschwerden für den Betroffenen mit sich und hat einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit und das soziale Leben des Menschen. Seit 2011 ist unsere Klinik mit einem Gerät namens Electro Antiperspirant ausgestattet, das nachweislich gute Ergebnisse bei der Behandlung von übermäßigem Schwitzen der Hände, Füße und Achselhöhlen erzielt.

Der Zweck dieser Untersuchung ist das Nachfolgeprodukt Electro Antiperspirant ELITE, das zur Behandlung der oben genannten Bereiche die Möglichkeit der Behandlung von übermäßigem Schwitzen im Bereich des Kopfes, des Abdomens, des Rückens und der Gesäßmuskulatur oder von Stellen, an denen vom Hersteller empfohlene anatomische Adapter zur Verfügung stehen, hinzufügt. Darüber hinaus wird das Gerät vom Stromnetz mit Strom versorgt, gesteuert durch einen Computer mit der Fähigkeit zur Anwendung der sogenannten Puls-therapie, die eine Therapie mit dieser Technologie auch für empfindlichere Patienten ermöglicht.

Seit Anfang 2016 wird in unserer Klinik das Electro Antiperspirant ELITE der zweiten Generation eingesetzt, das in seiner Weiterentwicklung ausgereifter ist. In dieser Zeit wurden 12 Patienten mit sehr guten Ergebnissen an verschiedenen Stellen behandelt, nämlich 2 Männer und 10 Frauen. Das Schwitzen lässt innerhalb weniger Wochen (1-3) nach und die Remission tritt nach ca. 1-2 Monaten ein, wenn die Erhaltungstherapie erforderlich ist, um die Wirkung der Behandlung zu verlängern. Durch die neu eingesetzte Puls-Technologie sind keine Beschwerden mit der Behandlung verbunden.

Während der Behandlung sind Kontraindikationen wie Herzschrittmacher, Schwangerschaft und orthopädische Metallimplantate im Bereich der Behandlung genauestens zu überwachen.

Neben der in der Klinik angewendeten Therapie schätzen Patienten von außerhalb die Möglichkeit, das Gerät zur Hausbehandlung auszuleihen oder die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Behandlung vor dem Kauf zu testen. Aufgrund der nachgewiesenen und lang anhaltenden Wirksamkeit gegen übermäßiges Schwitzen in verschiedenen Körperregionen empfehlen wir das Gerät allen Patienten mit Hyperhidrose unter Beachtung der aufgeführten Kontraindikationen.

MD. Slavomir Urbancek, PhD.

Leiter der Abteilung Dermatovenerologie SZU
Universitätsklinik mit Klinik
F.D. Roosevelt Banská Bystrica

Anlage

Für weitere Informationen

