

Beoordeling van het medisch toestel

Onderwerp van de beoordeling: **Electro Antiperspirant® Sensitive**

Fabrikant: **Hightech Development s.r.o.**

Duur van gebruik: **since 11/2014**

Ik gebruik dit toestel gedurende net een jaar. Patiënten die de behandeling ondergaan hebben, hebben het goed verdragen en waren tevreden. Bij het begin van de therapie is het gebruik meer frequent, 4 maal per week en dit was voor sommigen een probleem omwille van hun full-time job. Vervolgens vermindert de frequentie naarmate het zweten vermindert.

Remissie duurt enkele weken tot maanden. Dan is het tijd om de therapie te herhalen. Als het onmogelijk is het aangeraden schema te volgen kan een individueel plan van behandeling opgesteld worden in overeenkomst met de fabrikant. De behandeling tegen het overmatig zweten is pijnloos, de patiënt voelt tinteling of een licht branderig gevoel. Wanneer de aanwijzingen strikt gevolgd worden alsook de contra-indicaties zoals bij zwangerschap, pacemaker en metalen orthopedische implantaten, dan kan de behandeling thuis uitgevoerd worden.

De methode is eenvoudig, efficiënt en vergeleken met andere methodes is het goedkoop. Ik verleng met plezier het aanbod van deze behandeling van deze lastige en voor de patiënten heel onaangename aandoening.

MD. Jitka Cervinkova
Huidkliniek
U Brany 243
68601 Uherske Hradiste

M. Cervinková

