



# MIEDZYLESKI SPECIALIST ZIEKENHUIS IN WARSAW

04 – 749 Warsaw, Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39  
www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie  
ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa  
Lecznictwo Stacjonarne  
Oddział Dermatologii Dorosłych  
Regon 010669853-00038, NIP 952-17-89-325  
Kod res. Cz. I. 000000007303, Cz. VII. 130, Cz. VIII. 4200  
07R-1-00033-03-01  
tel. 22 47-35-292

Afdeling Dermatologie voor Volwassenen  
Miedzyleski Specialist Hospital in Warsaw

Bursztynowa 2  
04-749 Warsaw

Hoofd Afdeling Dermatologie: MD Ewelina Bialo-Wojcicka

Naam van het medische apparaat	Electro Antiperspirant ELITE
Klasse van het medische apparaat	IIa
Gebruikt in het Department of Dermatology sinds	02.02.2019

## Rapport over de effectiviteit van het medisch apparaat

Het medische hulpmiddel "Electro Antiperspirant ELITE" wordt ongeveer 2 jaar gebruikt op de afdeling Dermatologie voor Volwassenen van het Miedzyleski Specialist Ziekenhuis in Warschau.

Gedurende deze tijd hebben enkele tientallen patiënten met de diagnose overmatig zweten van het hoofd, de handpalmen en de voetzolen een therapie ondergaan voor overmatig zweten met behulp van het apparaat. Na de opgedane ervaring kan met zekerheid worden gezegd dat het zweten in de genoemde gebieden al na enkele toepassingen afneemt, volgens het behandelplan. Voor therapieën van andere delen van het lichaam is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de anatomische adapters voldoende passen. De therapie wordt goed verdragen door de patiënten, zonder bijwerkingen. De meeste patiënten ervoeren slechts minimale tintelingen tijdens de therapie. Er werden geen roodheid, branderige of stekende reacties waargenomen na stopzetting van de behandeling en het aanbrengen van andere lokale preparaten.

Tijdens de toepassing van de therapie volgens het aanbevolen schema werd een langzame vermindering van zweten en verbetering van de kwaliteit van leven waargenomen. De voorwaarde voor een dergelijke hoge werkzaamheid was dat de patiënten zich aan het behandelingschema hielden - regelmatig gebruik volgens schema leverde de beste resultaten op.

Dankzij het Electro Antiperspirant ELITE-apparaat stopte ongeveer 50% van de patiënten met zweten in de behandelde gebieden gedurende 3-6 maanden. Andere patiënten moesten vaker onderhoudstherapieën ondergaan, ook met goede resultaten.

Contra-indicaties van het apparaat zijn metalen orthopedische implantaten op de locatie van therapie, pacemaker, hartritmestoornissen en zwangerschap.

KIEROWNIK  
Oddziału Dermatologii Dorosłych  
Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego  
w Warszawie

dr n. med. Ewelina Bialo-Wojcicka

**MD Ewelina Bialo-Wojcicka**  
Hoofd Afdeling Dermatologie  
voor Volwassen van de Miedzyleski Specialist  
Ziekenhuis in Warsaw

