



MIEDZYLESKI SPESIALSYKEHUS I WARSZAWA

04 – 749 Warszawa, Bursztynowa 2

tlf. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39
www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa
Lecznictwo Stacjonarne
Oddział Dermatologii Dorosłych
Regon 010669853-00038, NIP 952-17-89-325
Kod res. Cz. I. 000000007303, Cz. VII. 130, Cz. VIII. 4200
07R-1-00033-03-01
tel. 22 47-35-292

Institutt for dermatologi for voksne
Miedzyleski Spesialsykehus i Warszawa

ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

Avdelingsleder: MD Ewelina Bialo-Wojcicka

Navn på det medisinske utstyret: Electro Antiperspirant ELITE
Klasse av det medisinske utstyret: IIa
Brukt i Instituttet for dermatologi siden 02.02.2019

Rapport om effektiviteten til det medisinske utstyret

Det medisinske utstyret "Electro Antiperspirant ELITE" er blitt brukt på Miedzyleski Spesialsykehus i Warszawa i omtrent 2 år.

I løpet av denne tiden, har flere titalls pasienter med diagnosen overdreven svetting på hodet, og såler av hender og føtter, gjennomgått behandling for overdreven svetting ved hjelp av enheten. Etter erfaringene, kan det med sikkerhet sies at svetting i de nevnte områdene avtar bare etter flere applikasjoner, ifølge behandlingsplanen. For behandling av andre deler av kroppen, er det nødvendig å sikre en tilstrekkelig passform for anatomiske adaptere. Behandlingen tolereres godt av pasientene, uten bivirkninger. De fleste pasienter opplevde bare minimal prikking under behandlingen. Ingen rødhet, svie eller sviende reaksjoner ble observert etter avsluttet behandling og påføring av andre aktuelle forberedelser.

Under påføringen av behandling i henhold til anbefalt tidsplan, ble det observert en langsom reduksjon av svette og forbedring av livskvalitet. Betingelsen for så høy effect var pasientenes overholdelse av behandlingsplanen – regelmessig bruk i henhold til tidsplanen ga de beste resultatene.

Takket være Electro Antiperspirant ELITE-enheten, oppnådde omtrent 50 % av pasienter et opphør av svetting i de behandlede områdene i 3-6 måneder. Andre pasienter måtte gjennomgå vedlikeholdsbehandling mer ofte, også med gode resultater.

Kontraindikasjoner for enheten er ortopediske implantater av metall på stedet for behandling, pacemaker, og hjertearytmi og gradivitet.

KIEROWNIK
Oddziału Dermatologii Dorosłych
Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie
dr n. med. Ewelina Bialo-Wojcicka

MD Ewelina Bialo-Wojcicka
Avdelingsleder for instituttet for dermatologi
for voksne på Miedzyleski Spesialsykehus
i Warszawa

