



**Hospital Universitário com Clínica  
de F. D. Roosevelt, Banská Bystrica**  
Pražská Svoboda 1, 97517 Banská Bystrica, Eslováquia



## **DEPARTAMENTO DEDERMATOVENEREOLOGIA SZU**

Chefe de Departamento: Doutor Slavomir Urbanček, Licenciado em Medicina

Tel: 048 / 441 2131

Fax: 048 / 413 0302

Email: surbancek@nspbb.sk

*Sua carta Nº / Datada*

*Nosso Número*

*Tratada por/*

*Banská Bystrica*

Assunto

### **Avaliação da eficácia clínica de um dispositivo contra transpiração excessiva Electro Antiperspirant ELITE**

Departamento de Dermatovenereologia SZU de F.D. Roosevelt Hospital Universitário com Clínica tem tratado as glândulas sudoríparas durante muito tempo. 2-3% da população sofre de problemas de hiperidrose. Este diagnóstico traz um desconforto considerável à pessoa afetada e tem um impacto significativo no trabalho do homem e nas atividades sociais. Desde 2011, a nossa clínica está equipada com um dispositivo denominado Electro Antiperspirant, que mostrou ter bons resultados no tratamento da transpiração excessiva das mãos, pés e axilas.

O objetivo desta avaliação é o dispositivo sucessor Electro Antiperspirant ELITE, o que contribui para o tratamento das áreas acima referidas a possibilidade de tratamento de sudorese excessiva na área da cabeça, abdómen, costas e área glútea ou locais onde o fabricante recomenda adaptadores anatómicos são acessíveis. Além disso, o dispositivo é alimentado por corrente elétrica, controlado por um computador, com a capacidade de aplicar a chamada terapia de pulso que permite uma terapia com esta tecnologia para doentes mais sensíveis também.

A segunda geração, o mais sofisticado Electro Antiperspirant ELITE tem sido usado pela nossa clínica desde o início de 2016. Durante esse tempo, 12 pacientes foram tratados com resultados muito bons em diferentes localidades, nomeadamente 2 homens e 10 mulheres. A transpiração diminui em algumas semanas (1-3) e desaparece após aproximadamente 1-2 meses, quando o tratamento de manutenção é necessário para prolongar os efeitos do tratamento. Graças à tecnologia de pulsação recentemente utilizada, nenhum desconforto está associado com o tratamento.

Durante o tratamento, contraindicações como pacemaker, gravidez e implantes ortopédicos de metal na área do tratamento devem ser observadas.

Além da terapia aplicada na clínica, os pacientes fora do distrito apreciam a possibilidade de trazer por empréstimo o dispositivo para tratamento em casa ou para testar a eficácia e a tolerância do tratamento antes de comprar o dispositivo. Devido à eficácia comprovada e duradoura contra a transpiração excessiva em áreas diferentes do corpo, podemos recomendar o dispositivo a todos os pacientes que sofrem de hiperidrose respeitando as contraindicações listadas.

**Doutor Slavomir Urbanček Licenciado em Medicina.**

Chefe do Departamento de Dermatovenereologia SZU

Hospital Universitário com Clínica

de F.D. Roosevelt, Banská Bystrica

### **Anexo**

### **Para informação**

