



# HOSPITAL ESPECIALIZADO MIEDZYLESKI EM VARSÓVIA

04 – 749 Varsóvia, Bursztynowa 2

Tel (+48 22) 47 35 300 Fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Departamento de Dermatologia para Adultos  
Hospital Especializado Miedzyleski em Varsóvia

Bursztynowa 2  
04-749 Varsóvia

Chefe do Departamento: MD Ewelina Bialo-Wojcicka

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie  
ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa  
Lecznictwo Stacjonarne  
Oddział Dermatologii Dorosłych  
Regon 010669853-00038, NIP 952-17-89-325  
Kod res. Cz. I. 000000007303, Cz. VII. 130, Cz. VIII. 4200  
07R-1-00033-03-01  
tel. 22 47-35-292

Nome do aparelho médico

Electro Antiperspirant ELITE

Categoria do aparelho médico

IIa

Utilizado no Departamento de Dermatologia desde

02.02.2019

## Relatório da eficácia do aparelho medico

O aparelho médico “Eletro Antiperspirant ELITE” é utilizado no Departamento de Dermatologia para Adultos do Hospital Especializado Miedzyleski em Varsóvia há cerca de 2 anos.

Durante este tempo, várias dezenas de pacientes com o diagnóstico de sudção excessiva da cabeça, palmas das mãos e pés foram submetidos a tratamento utilizando o aparelho. Depois da experiência adquirida, pode dizer-se com certeza que a sudção nas áreas referidas diminui após apenas algumas aplicações, de acordo com o plano de tratamento. Para terapias de outras partes do corpo, é necessário assegurar um ajuste suficiente de adaptadores anatómicos. A terapia é bem tolerada pelos pacientes, sem efeitos secundários. A maior parte dos pacientes sentiu unicamente formiguelo durante a terapia. Sem vermelhidão, reações de queimadura ou picadas observadas após o término do tratamento e aplicação de outros preparativos tropicais.

Durante a aplicação da terapia de acordo com o horário apresentado, foi observada uma redução lenta da sudção e melhoria da qualidade de vida. A condição para tão grande eficácia foi a adesão dos pacientes ao horário dos tratamentos – a utilização regular de acordo com o horário trouxe os melhores resultados.

Graças ao aparelho Eletro Antiperspirant ELITE, aproximadamente cerca de 50% dos pacientes atingiu a cessação da sudção nas áreas tratadas por 3-6 meses. Outros pacientes tiveram de submeter a terapias de manutenção com mais frequência, também com bons resultados.

As contraindicações do aparelho são implantes ortopédicos metais no local da terapia, pacemaker e arritmia cardíaca e gravidez.

KIEROWNIK  
Oddziału Dermatologii Dorosłych  
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego  
w Warszawie

dr n. med. Ewelina Bialo-Wojcicka

**MD Ewelina Bialo-Wojcicka**

Chefe do Departamento de Dermatologia  
Para Adultos do Hospital Especializado  
Miedzyleskiem Varsóvia

