



ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ SZU

Επικεφαλής Τμήματος: MD. Slavomir Urbancek PhD.

Τηλεφωνο: 048 / 441 2131

Fax: 048 / 413 0302

E-mail: surbancek@nspbb.sk

Αριθμός
γράμματος./Ημερομηνία

Ο αριθμός μας

Έγινε από/ ☎

Banská Bystrica

Θέμα

Αξιολόγηση κλινικής αποτελεσματικότητας συσκευής κατά της υπερβολικής εφίδρωσης Electro Antiperspirant ELITE

Το Τμήμα Δερματολογίας Αφροδισιολογίας SZU του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Κλινικής Roosevelt αντιμετωπίζει υπερενεργούς ιδρωτοποιούς αδένες για αρκετό καιρό. 2-3% του πληθυσμού υποφέρει από προβλήματα υπερίδρωσης. Αυτή η διάγνωση φέρνει σημαντικά προβλήματα στο άτομο που επηρεάζεται και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εργασιακή και κοινωνική ζωή του ατόμου. Από το 2011 η κλινική μας διαθέτει μια συσκευή που ονομάζεται Electro Antiperspirant, η οποία έχει αποδείξει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της υπερβολικής εφίδρωσης των χεριών, ποδιών και των μασχαλών.

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι η διάδοχος συσκευή Electro Antiperspirant ELITE, η οποία προσθέτει στη θεραπεία των πιο πάνω περιοχών την πιθανότητα της θεραπείας της υπερβολικής εφίδρωσης στις περιοχές της κεφαλής, της πλάτης και των γλουτών ή σε περιοχές όπου ο κατασκευαστής προτείνει ανατομικούς μετασχηματιστές που διαθέτει. Επιπρόσθετα, η συσκευή λαμβάνει ενέργεια από εισόδους, που ελέγχονται από υπολογιστή με την ικανότητα εφαρμογής παλμικής θεραπείας που επιτρέπει τη θεραπεία με αυτή την τεχνολογία και σε πιο ευαίσθητους ασθενείς.

Η δεύτερη γενιά, πιο ανεπτυγμένου Electro Antiperspirant ELITE χρησιμοποιείται από την κλινική μας από τις αρχές του 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 12 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με αρκετά καλά αποτελέσματα σε διάφορες περιοχές, 2 άντρες και 10 γυναίκες. Η εφίδρωση σταμάτησε εντός λίγων εβδομάδων (1-3 εβδομάδες) και επανήλθε μετά από περίπου 1-2 μήνες όπου και ήταν απαραίτητη η θεραπεία συντήρησης για παράταση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Χάρει στη νέα παλμική τεχνολογία, δεν υπήρξε κάποια δυσκολία που να σχετίζεται με τη θεραπεία.


Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αντενδείξεις όπως η ύπαρξη βηματοδότη, η εγκυμοσύνη και η ύπαρξη μεταλλικών ορθοπεδικών εμφυτευμάτων στη περιοχή της θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Εκτός από τη θεραπεία που πραγματοποιήθηκε στην κλινική, ασθενείς εκτός της περιοχής μας εκτίμησαν την πιθανότητα δανεισμού της συσκευής για θεραπεία από το σπίτι, ή για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα της θεραπείας πριν αγοράσουν τη συσκευή. Χάρει στα αποδεδειγμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κατά της υπερβολικής εφίδρωσης σε διάφορες περιοχές του σώματος, μπορούμε να προτείνουμε τη συσκευή σε όλους τους ασθενείς που υποφέρουν από υπερίδρωση σεβόμενοι τις αντενδείξεις.

MD. Slavomir Urbancek, PhD.

Επικεφαλής Τμήματος Δερματολογίας
Αφροδισιολογίας SZU

UHwC F.D. Roosevelt Banská Bystrica



Συνημμένο

Για Πληροφορίες