



MIEDZYLESKI ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

04 – 749 Βαρσοβία, Bursztynowa 2

τηλ (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39
www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa
Lecznictwo Stacjonarne
Oddział Dermatologii Dorosłych
Regon 010669853-00038, NIP 952-17-89-325
Kod res. Cz. I. 000000007303, Cz. VII. 130, Cz. VIII. 4200
07R-1-00033-03-01
tel. 22 47-35-292

Τμήμα Δερματολογίας Ενηλίκων
Miedzyleski Ειδικό Νοσοκομείο Βαρσοβίας
Bursztynowa 2

04-749 Βαρσοβία

Επικεφαλής Τμήματος: MD Ewelina Bialo-Wojcicka

Όνομα ιατρικής συσκευής

Electro Antiperspirant ELITE

Κλάση ιατρικής συσκευής

IIa

Χρησιμοποιείται στο Τμήμα Δερματολογίας από

02.02.2019

Αναφορά αποτελεσματικότητας της ιατρικής συσκευής

Η ιατρικής συσκευή "Electro Antiperspirant ELITE" χρησιμοποιείται στο Τμήμα Δερματολογίας Ενηλίκων του Ειδικού Νοσοκομείου Miedzyleski στη Βαρσοβία για περίπου 2 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλές δεκάδες ασθενών με διάγνωση υπερβολικής εφίδρωσης του κεφαλιού, των χεριών, και των ποδιών έχουν ακολουθήσει θεραπεία υπερβολικής εφίδρωσης με τη χρήση της συσκευής. Μετά την εμπειρία που είχαμε, μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά πως η εφίδρωση στις περιοχές που έχουν αναφερθεί υποχωρεί μετά από αρκετές εφαρμογές, σύμφωνα με το πλάνο θεραπείας. Για τη θεραπεία άλλων περιοχών του σώματος, είναι απαραίτητη η διασφάλιση σωστής εφαρμογής ανατομικών μετασχηματιστών. Η θεραπεία είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς, χωρίς παρενέργειες. Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετώπισαν μόνο ελάχιστο γαργαλητό κατά τη θεραπεία. Μετά το τέλος της θεραπείας και την εφαρμογή άλλων τοπικών προετοιμασιών, δεν υπήρχαν κόκκινα σημάδια, εγκαύματα ή άλλα σημάδια.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, μια μικρή μείωση της εφίδρωσης παρατηρήθηκε μαζί με μια βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Η συνθήκη της υψηλής αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκε κατά το πρόγραμμα θεραπείας από ασθενείς – η κανονική χρήση με βάση το πρόγραμμα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Χάρη στη συσκευή Electro Antiperspirant ELITE, περίπου 50% των ασθενών κατάφεραν τον τερματισμό της εφίδρωσης στις περιοχές θεραπείας για 3-6 μήνες. Άλλοι ασθενείς έπρεπε να περάσουν από θεραπείες συντήρησης πιο συχνά, με καλά αποτελέσματα.

Οι αντενδείξεις για τη συσκευή είναι τα μεταλλικά ορθοπεδικά εμφυτεύματα στην περιοχή της θεραπείας, οι βηματοδότες, η καρδιακή αρρυθμία και η εγκυμοσύνη.

KIEROWNIK
Oddziału Dermatologii Dorosłych
Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie

dr n. med. Ewelina Bialo-Wojcicka

MD Ewelina Bialo-Wojcicka

Επικεφαλής Τμήματος Δερματολογίας
Ενηλίκων του Miedzyleski Ειδικού
Νοσοκομείου Βαρσοβίας



Mazowsze.
serce Polski

