



DIPARTIMENTO DI DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA SZU

Capo del Dipartimento: Dott. Slavomir Urbancek PhD.

Tel: 048 / 441 2131

Fax: 048 / 413 0302

E-mail: surbancek@nspbb.sk

No della vostra lettera./Data

Numero

Gestito da/ ☎

Banská Bystrica

Soggetto

Valutazione dell'efficacia clinica del dispositivo contro l'eccessiva sudorazione Electro Antiperspirant ELITE

Il Dipartimento di Dermatologia e Venerologia SZU del "F.D. Roosevelt Ospedale Universitario" ha trattato l'iperattività delle ghiandole sudoripare per molto tempo. Il 2-3% della popolazione soffre di problemi legati all'iperidrosi. Questa diagnosi porta considerevoli disagi alla persona affetta ed ha un impatto significativo sulle attività lavorative e sociali. Dal 2011 la nostra clinica si è dotata di un dispositivo chiamato Electro Antiperspirant, che ha mostrato dare buoni risultati nel trattamento nell'eccessiva sudorazione di mani, piedi e ascelle.

L'oggetto di questa valutazione è il dispositivo successivo Electro Antiperspirant ELITE, il quale aggiunge al trattamento delle zone sopra elencate, la possibilità di una terapia contro l'eccessiva sudorazione anche delle aree della testa, dell'addome, della schiena e dei glutei, o di siti per i quali sono disponibili adattatori anatomici consigliati dal produttore. Inoltre, il dispositivo è alimentato dalla rete elettrica, controllato da un computer in grado di applicarvi la cosiddetta terapia a impulsi che rende fruibile questa cura anche ai pazienti più sensibili.

La seconda generazione, il più sofisticato Electro Antiperspirant ELITE è stato usato dalla nostra clinica sin dall'inizio del 2016. In questo periodo, sono stati trattati 12 pazienti con risultati molto buoni in diversi punti, sia per i 2 di sesso maschile che per le 10 di sesso femminile. La sudorazione si placa nel giro di poche settimane (1-3) e la diminuzione vera e propria si verifica dopo 1-2 mesi all'incirca, quando si rende necessario un trattamento di mantenimento per prolungare gli effetti della terapia. Grazie alla terapia a impulsi recentemente applicata, non sono stati riscontrati disagi nel trattamento.

Durante la terapia, controindicazioni come pacemaker, gravidanza e protesi ortopediche metalliche nell'area del trattamento, devono essere tenute sotto controllo.

In aggiunta alla terapia applicata in clinica, fuori dal distretto I pazienti possono considerare la possibilità di noleggiare il dispositivo per un trattamento a domicilio, o per testare l'efficacia e la tolleranza del trattamento prima di acquistarlo. Grazie alla comprovata e a lungo termine efficacia contro l'eccessiva sudorazione in molteplici parti del corpo, raccomandiamo il dispositivo a tutti i pazienti che soffrono di iperidrosi, sempre rispettando le indicazioni elencate.

Dott. Slavomir Urbancek, PhD.

Capo del dipartimento di Dermatologia
e Venerologia SZU Ospedale Universitario

F.D. Roosevelt Banská Bystrica

Allegati

Per ulteriori informazioni:

