



ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA MIĘDZYLESIE VO VARŠAVE

04 – 749 Varšava, ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa
Lecznictwo Stacjonarne
Oddział Dermatologii Dorosłych
Regon 010669853-00038, NIP 952-17-89-325
Kod res. Cz. I. 00000007303, Cz. VII. 130, Cz. VIII. 4200
07R-1-00033-03-01
tel. 22 47-35-292

Oddelenie dermatologie pre dospelych
Špecializovaná nemocnica Międzylesie vo Varšave

ul. Bursztynowa 2
04-749 Varšava

Vedúca oddelenia: MUDr. Ewelina Biało-Wójcicka

Názov zdravotníckeho prostriedku

Electro Antiperspirant ELITE

Trieda zdravotníckeho prostriedku

IIa

Čas používania na oddelení dermatologie pre dospelych

02.02.2019

Report o účinnosti zdravotníckeho prostriedku

Zdravotnícky prístroj "Electro Antiperspirant ELITE" je používaný na oddelení dermatologie pre dospelych v špecializovanej nemocnici Międzylesie vo Varšave po dobu približne 2 rokov.

Za túto dobu v našom zariadení absolvovalo terapiu nadmerného potenia pomocou spomínaného prístroja niekoľko desiatok pacientov s diagnózou nadmerného potenia hlavy, plosiek rúk a nôh. Po získaných skúsenostiach možno s istotou povedať, že potenie v spomínaných oblastiach ustupuje už po niekoľkých aplikáciách, podľa liečebného plánu. U terapie iných častí tela je nutné zaistiť dostatočnú priliehavosť anatomických adaptérov. Terapia je pacientmi dobre tolerovaná, bez zaznamenaných nežiaducich účinkov. Väčšina pacientov počas terapie pociťovala len minimálne brnenie. Po ukončení liečby a aplikácii iných topických prípravkov neboli pozorované žiadne reakcie začervenania, pálenia alebo pichania.

Počas aplikácie terapie v odporúčanej schéme bolo pozorované pomalé znižovanie sa potenia a zlepšovanie kvality života. Podmienkou takto vysokej účinnosti bolo dodržiavanie harmonogramu liečby pacientov - najlepšie výsledky prinieslo pravidelné užívanie podľa harmonogramu.

Vďaka zariadeniu Electro Antiperspirant ELITE približne 50% pacientov dosiahlo zastavenie potenia v liečených oblastiach na 3-6 mesiacov. Ostatní pacienti museli udržiavacu terapiu absolvovať častejšie, tiež s dobrými výsledkami.

Kontraindikáciami prístroja sú kovové ortopedické implantáty v mieste terapie, kardiostimulátor a srdčné arytmie a tehotenstvo.

KIEROWNIK
Oddziału Dermatologii Dorosłych
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie

dr n. med. Ewelina Biało-Wójcicka

MUDr. Ewelina Biało-Wójcicka
Vedúca oddelenia Dermatologie pre dospelych
špecializovanej nemocnici Międzylesie
vo Varšave

