

### Procena medicinskog aparata

Predmet procene: **Electro Antiperspirant® Sensitive**

Proizvođač: **Hightech Development s.r.o.**

Upotreba aparata: **od 11/2014**

Aparat koristim u ordinaciji godinu dana. Pacijenti, koji su do sada apsolvirali lečenje, su tretmane dobro tolerisali i bili zadovoljni. Na početku terapije je potrebno češće aplicirati lečenje 4xnedeljno, što je za neke bilo problem zbog izostanaka sa posla. Zatim se učestalost aplikacije smanjuje sve do nestanka znojenja.

Remisija je nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Onda je potrebno tretman ponoviti. Ako u skladu sa preporučenim rasporedom tretmana, rezultati nisu zadovoljavajući, može se na osnovu konsultacije sa proizvođačem napraviti individualni plan. Terapija prekomernog znojenja je bezbolna, pacijent oseća trnenje ili blago peckanje. Pacijent može koristiti aparat i u kućnim uslovima, u skladu sa uputstvima i uz poštovanje kontraindikacija kao što su trudnoća, pejsmejker i metalna ortopedска pomagala.

Metoda je jednostavna, efikasna i u poređenju sa drugim jako povoljna. Drago mi je što sam u svojoj ordinaciji proširila ponudu za lečenje ove komplikovane i za pacijente veoma neprijatne bolesti.

Dr. Jitka Cervinkova  
Dermatološka ordinacija  
U Brany 243  
68601 Uherske Hradiste

*Dr. Červinková / Jitka*

80	MUDr. Jitka Červinková
293	ordinace pro choroby
001	kožní a pohlcovní
	U brány 243
	686 01 Uh. Hradiště
	tel.: 572 553 784